



ESCANER INTRAORAL

- TOP**
- PRIMO SCAN
 - ITERO 5
 - MEOT 700

¿QUÉ NECESITAMOS?
¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?

- TECNOLOGÍAS
- INACAMBIO
- COMPATIBILIDAD
- INTEGRACIÓN DEL FUNDAMENTO
- EXPERIENCIA DEL PACIENTE

FUNCION



CARACTERÍSTICAS

- CALIDAD
- CAPACIDAD DE ESCANEADO (Stitching)
- INTELIGENCIA (planos de superficies)
- COLOR (registro de color del volumen) (Mapeo de color para verificar)
- INTEGRACIÓN (con otros softwares)
- VISUALIZACIÓN (de tratamiento)
- COSTOS ESCONDIDOS

PRECISIÓN Y EXACTITUD

- Logra estos parámetros con:

- Referencia anatómica
- morfología anatómica
- patron de escaneo
- luz ambiental
- Activa
- experiencia operador

TIEMPO PROCEDIMIENTO

expertos ~ 2 minutos

AJUSTES ~ 30µm (no superar 100µm)

ALMACENAMIENTO ~ LOCAL - NUBE

COSTOS ~ desde USD \$10K →

CALIDAD excelente hasta 4 pizas

↳ Profundidad de escaneo (PRIMO SCAN) > ITERO

↳ MALLAS - definición => cantidad de Δ

↳ cuál es lo mínimo? reproducción de detalles para diseñar

IMPLANTES

- UNIZADOS → NO HAY PROBLEMAS CON SCANPOST!
- MÚLTIPLES → ALGUNOS NECESITAN POLVO
- COMPLETOS → muchos factores influyen.
- con PRIME SCAN se obtuvieron buenos resultados IN VITRO

Sumate 23
Dr. Claudio SUMANTE